

Недоступен ни один перевод.

## **□ Установка для испытаний на морозостойкость бетона объемом 175л с рабочей температурой -50□ С *УТИ 175-Х-1/-50***

ООО «Крио Холод» предлагает Вам для испытаний бетона на морозостойкость по **ДСТ  
У Б В.2.7-49-96**

,  
[ГОСТ 10060.2-95](#)  
компрессионную низкотемпературную установку  
**УТИ 175-Х-1/-50**

.

Установка выполнена по ~~ТУ У 13674585-001-96~~ температурой внутри камеры до минус 50°С, точно

Холодильная камера изготовлена по типу «шкаф», проста и удобна в эксплуатации. Внутренняя

Для цифровой индикации и автоматического регулирования температуры, установка оснащена



□

## Технические характеристики

| Характеристика                            | Ед. измерения   | Значение          |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Рабочий объем камеры                      | дм <sup>3</sup> | 17                |
| Рабочая температура в камере              | °C              | -50               |
| Максимальное количество образцов в камере |                 | 18                |
| Размеры рабочей камеры, мм Ш x Г x В      |                 | 575 x 450 x 678   |
| Питание от сети переменного тока          |                 | 220               |
| Потребляемая мощность, кВт                |                 | 1,5               |
| Габаритные размеры установки, Ш x Г x В   |                 | 890 x 1345 x 1025 |
| Масса                                     | кг              | 160               |

□

## Дополнительные опции

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Оснащение установки                                      | графическим самопишущим устройством |
| Автоматизированный мониторинг технологического процесса* |                                     |
| Изготовление контейнеров и специальных полок             |                                     |

Метрологическая аттестация

\* персональный компьютер (ЖК-монитор 17"), с установленным специализированным ПО, для мониторинга и дистанционного управления камерой. В таком режиме появляется возможность фиксировать все результаты испытаний, без вмешательства оператора, что несомненно, удобно при длительных (несколько суток) и технологически сложных процессах.