

Недоступен ни один перевод.

□ Установка для испытаний на морозостойкость бетона объемом 175л с рабочей температурой -50□ С *УТИ 175-Х-1/-50*

ООО «Крио Холод» предлагает Вам для испытаний бетона на морозостойкость по **ДСТ У Б В.2.7-49-96**

,
[ГОСТ 10060.2-95](#)
компрессионную низкотемпературную установку
УТИ 175-Х-1/-50

.

Установка выполнена по ~~ТУ У 13674585-001-96~~ температурой внутри камеры до минус 50°С, точно

Холодильная камера изготовлена по типу «шкаф», проста и удобна в эксплуатации. Внутренняя

Для цифровой индикации и автоматического регулирования температуры, установка оснащена



□

Технические характеристики

Характеристика	Ед. измерения	Значение
Рабочий объем камеры	дм ³	17
Рабочая температура в камере	°C	-50
Максимальное количество образцов в камере		18
Размеры рабочей камеры, мм Ш x Г x В		575 x 450 x 678
Питание от сети переменного тока		220
Потребляемая мощность, кВт		1,5
Габаритные размеры установки, Ш x Г x В		890 x 1345 x 1025
Масса	кг	160

□

Дополнительные опции

Оснащение установки	графическим самопишущим устройством
Автоматизированный мониторинг технологического процесса*	
Изготовление контейнеров и специальных полок	

Метрологическая аттестация

* персональный компьютер (ЖК-монитор 17"), с установленным специализированным ПО, для мониторинга и дистанционного управления камерой. В таком режиме появляется возможность фиксировать все результаты испытаний, без вмешательства оператора, что несомненно, удобно при длительных (несколько суток) и технологически сложных процессах.