

Кліматичні камери, зазвичай, бувають малих обсягів - тому необхідно оцінити чи можна в неї розмістити відповідне Вашим потребам кількість зразків за умови дотримання зазначеного в ГОСТ кількості та способу розміщення. Далі потрібно уточнити достатня чи є в ній потужність охолодження щоб забезпечити тимчасові характеристики ГОСТ на кількість зразків, зазвичай кратне 6, т.к якщо камера буде виходити із зразками на заданий температурний режим добу, замість покладених 2,5години, то результати випробувань врятди можна вважати достовірними