

Комплектация лабораторной установки УТЗ-60М для проведения температурных испытаний нефтепродуктов и топлив [ГОСТ 20287](#) и ГОСТ 5066

□

{gallery}kompl_utz60m{/gallery}



[К ОПИСАНИЮ](#)

[СРАВНИТЬ С АНАЛОГАМИ](#)

□ п/п

Название

Кол-во, шт

1

Установка

1

2

Пробирка с внутренним диаметром (20 ± 1) мм

3

3

Пробка для пробирки (п.2) с отверстием для термометра

2

4

Пробирка плоскодонная с внутренним диаметром 30÷33.5 мм

3

5

Пробка для пробирки (п.4) с отверстием для термометра

2

6

Пробирка вакуумная с внутренним диаметром 30 мм

2

7

Пробка для пробирки (п.6) с отверстием для термометра

2

8

Мешалка магнитная

2

9

Электромагнитная катушка

1

10

Крышка холодной ванны для перехода на наружный диаметр 21 мм

1

11

Крышка холодной ванны для перехода на наружный диаметр 34 мм

1

12

Муфта стеклянная с внутренним диаметром 40 ± 2 мм

2

13

Втулка дистанционная 1 (стеклянная муфта - холодная ванна)

3

14

Втулка дистанционная 2 (стеклянная муфта - пробирка диам. 20 мм,

дно теплой ванны - пробирка диам. 20 мм)

2

15

Втулка дистанционная 3 (теплая ванна-пробирка)

1

16

Прокладка изоляционная (стеклянная муфта-пробирка с внутренним диаметром 30-33.5 мм)

3

17

Пробка глухая теплой ванны

1

18

Пробка глухая холодной ванны

1

19

Крышка теплой ванны для перехода на наружный диаметр 21 мм

1

20

Крышка теплой ванны для перехода на наружный диаметр 34 мм

1

21

Термометр ТН-8 (-80...+60) °С

1

22

Резиновая втулка крепления термометра

2

23

Заглушка для электроразъёма магнитной катушки

1

24

Сетевой шнур

1

25

Комплект запасных частей:

- вставка плавкая 5А;

- лампа JC-10WG4.

Руководство по эксплуатации

